

Resultado do Termo de Referência nº 022/2023

A **ASSOCIAÇÃO EVANGÉLICA BENEFICENTE ESPIRITO SANTENSE**, pessoa jurídica de direito privado de utilidade pública, inscrita no CNPJ sob nº 28.127.926/0002-42, estabelecida na Avenida Paulo Pereira Gomes, s/n, Morada de Laranjeiras, Serra – ES, CEP: 29166-828, que atua como gestora do Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, informa que:

Considerando a Ata de reunião referente a análise do Termo de Referência nº 022/2023.

Portanto, o processo de contratação concluiu-se fracassado.

Serra – ES, 24 de março de 2023.



Hugo de Souza Moreira
Analista de Compras

ATA - TERMO DE REFERÊNCIA Nº 022/2023

Objeto: contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção preventiva de 08 (oito) máquinas de hemodiálise de marca FRESSENIUS, modelo 4008S, para o Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves.

Aos 15 dias do mês de março de 2023, as 15 horas, a Comissão realizou reunião virtual para avaliar o resultado do TR nº 022/2023.

O Analista de Compras informou que se tratava da terceira publicação de TR para contratação deste objeto. Os Termos 048/2022 e 058/2022 restaram fracassado.

As empresas Grupo Souza Silva, Medix Assistência Técnica e Technefron Assistance apresentaram propostas.

A Comissão analisou a proposta e os documentos de habilitação apresentados pela empresa Grupo Souza e, a área técnica identificou pendente os certificados de calibração dos instrumentos necessários para realização do serviço de calibração e teste de segurança elétrica nas máquinas de hemodiálise.

A Comissão analisou a proposta e os documentos de habilitação da empresa Medix e, a área técnica identificou que foi apresentado apenas o certificado de calibração do instrumento de análise de segurança elétrica, ficou faltando apresentar o certificado dos instrumentos necessários para o serviço de calibração (medidor de fluxo, medidor de temperatura, medidor de condutividade).

A Comissão analisou a proposta e os documentos de habilitação da empresa Technefron e, a área técnica identificou pendente o certificado de calibração do instrumento necessário para realização do teste de segurança elétrica, já para o serviço de calibração, apresentou apenas o certificado do medidor condutividade, faltando do medidor de fluxo e medidor de temperatura.

Portanto, a Comissão de Análise de Propostas declara fracassado o processo de contratação e será dada publicidade do resultado.

Nada mais havendo a declarar, foram encerrados os trabalhos, e para os devidos efeitos legais, lavrou-se na presente Ata, que vai assinada pelos membros da Comissão.


Serra - ES, 15 de março de 2023.




Carlos Vilela da Costa
Líder Técnico – Engenharia Clínica



Vanessa Garcia Rodrigues
Analista de Contratos



Leonardo do Carmo Santos
Gerente de Controladoria



Alcides Hell
Gerente de Suprimentos

Hugo de S. Moreira
Hugo de Souza Moreira
Analista de Compras