
	SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO		
	Código: COM.FR.0001	Data da Elaboração: 31/10/2013	

Nº <input type="text" value="13061736"/>	DATA: 13/06/2014
--	------------------

O Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, com o CNPJ 28.127.926/0002-42 – Inscrição Estadual: ISENTA, AV. Paulo Pereira Gomes – Morada de Laranjeiras – Serra – ES CEP. 29166-828. Torna público a solicitação de orçamento para aquisição dos itens relacionados abaixo.

Item	Descrição	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
01	<p>Monitor com tela TFT colorida de no mínimo 10", construído especificamente para operar em sala de exames de Ressonância Magnética podendo aproximar-se até a linha de intensidade de campo magnético de 500 Gauss para magnetos de 1,5 a 3,0 Tesla. O equipamento não sofre atração pelo campo magnético. Possibilidade de no mínimo seis (6) formas de onda disponíveis na tela simultaneamente e software em português, operando em bateria recarregável com duração mínima de 6 horas. Montado sobre gabinete com bandeja para suportar o monitor e seus acessórios. O sistema possui rodízios que possibilitam a monitorização dos pacientes em todas as fases do procedimento anestésico (indução, manutenção e recuperação), assim como no transporte. O equipamento permite a monitorização dos seguintes parâmetros: ECG (Traçado Eletrocardiográfico com Frequência Cardíaca); Cabo de paciente com tecnologia de fibra ótica entre a interface e o monitor; Interface operada por bateria recarregável; Rabicho para três eletrodos; Sete (7), possibilidades de filtros para minimizar / eliminar interferências no ECG em virtude de seqüências utilizadas para aquisição de imagens; Permite configurar a origem da Frequência Cardíaca. SPO2 (Oximetria de Pulso): Dois sensores de dedo sendo um adulto e um pediátrico; Cabo de fibra ótica com no mínimo 2,5 metros de comprimento; Apresentação de curva pletismográfica. Pressão Não Invasiva Automática: Manguitos reutilizáveis de tamanhos diferentes, livres de látex; Manguitos pediátricos descartáveis; Tubo para conexão monitor / manguitos de 5 metros; Ciclo de medidas selecionável entre estático (uma medida por minuto em cinco minutos) ou cíclico (de dois minutos a quatro horas de duração); Tomada de medidas individuais operada manualmente pelo usuário; Mensuração das pressões sistólica, diastólica e média na fase de insuflação do manguito. Capnografia e Capnometria: Separador de água com</p>				

AV. Paulo Pereira Gomes – Morada de Laranjeiras – Serra – ES CEP. 29166-828
CNPJ 28.127.926/0002-42 – Inscrição Estadual: ISENTA

E-Mail: compras@hejsn.aebes.org.br

Em todas as compras, o fornecedor deverá enviar as certidões listadas abaixo, para o e-mail compras@hejsn.aebes.org.br. Caso a nota/produto seja enviado sem os devidos documentos a mercadoria não será recebida pelo setor de Almoxarifado:

Certidão Negativa de Débitos Estaduais.
Certidão Negativa de Débitos Municipais.
Certidão de Dívida Ativa da União.
Certificado de Regularidade do FGTS.
Certidão de Débitos junto ao INSS.
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas.

Documento de referência: COM.IN. 001 Política de Compras e COM.PR.0002 Compra Não Padrão